



**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Dostawę aparatury laboratoryjnej, odczynników, materiałów pomocniczych, wzorców, materiałów eksploatacyjnych oraz 3 laptopów w ramach projektu – Wytwarzanie octu owocowego w województwie łódzkim, mazowieckim i śląskim we współpracy z Instytutem Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jako innowacji produktowej, procesowej i technologicznej” (znak sprawy DA.22.1.2020.ZJ)**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Bardzo proszę o udzielenie dodatkowych informacji:

Fizykochemia

Cześć 5

biureta- jaka ma być pojemność?

Wzorce do sprawdzenia refraktometru- do jakiego modelu, jakie stężenia?

Areometr- czy ma być ze świadectwem legalizacji?

Odpowiedź 1

Zamawiający odpowiadając na pytanie udziela następujących dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie:

- a. **Biureta 10 ml kl. A prosta PTFE**
Biureta 25 ml kl. A prosta PTFE
- b. **Wzorzec refraktometryczny w odniesieniu do SRM z NIST i PTB 10° Brix**
- c. **Zamawiający nie wymaga aby aerometr posiadał świadectwo legalizacji**

Pytanie 2

czy w zadaniu II, pkt I "Zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa" dopuszczą Państwo zamrażarkę bez półki? Funkcję półki w tak małych objętościowo zamrażarkach pełni podłoga.



Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, iż zamrażarka musi posiadać na wyposażeniu półkę. Zamawiający wskazał pojemność minimalną komory 35 l, jednocześnie dopuszczając w tym parametrze zaoferowanie zamrażarki o większej pojemności komory niż 35 l, która będzie wyposażona w min. 1 półkę.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto informuję, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami, nie ulega zmianie treść ogłoszenia o zamówieniu.

DYREKTOR

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

--//--

prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel