



Warszawa, dn. 31 grudnia 2021 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawa wirówki laboratoryjnej oraz refraktometru cyfrowego dla Zakładu Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych w podziale na dwie części**” (znak sprawy DA.22.15.2021.ZO)

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z poziomem głośności $\leq 60 \pm 2$ dB(A), spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że dopuszcza wirówkę z poziomem głośności $\leq 60 \pm 2$ dB(A) spełniającą wszystkie pozostałe wymagania.

Pytanie 2

Proszę o jednoznaczne doprecyzowanie wymagań, ponieważ w Rozdziale IV zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy, natomiast w Rozdziale XVII Zamawiający dopuszcza maksymalny termin realizacji do 8 tygodni.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, że poprawny termin dostawy wynosi do 8 tygodni, tym samym modyfikuje treść Rozdziału IV SWZ w następujący sposób:

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w następującym terminie:
 - 1) dla części nr 1 *Dostawa wirówki laboratoryjnej* - do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.
 - 2) dla części nr 2 *Dostawa refraktometru cyfrowego* - do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.



Pytanie 3

Załącznik 1a: Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej do 0,5% wynagrodzenia brutto za dzień w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ. Wysokość kar jest adekwatna do wartości zamówienia i gwarantuje Zamawiającemu, że oferty złożą Wykonawcy posiadający potencjał do realizacji zamówienia publicznego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto informuję, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami nie ulega zmianie termin składania ofert.

DYREKTOR

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
- Państwowy Instytut Badawczy
im. prof. Waclawa Dąbrowskiego

--/--

prof. dr hab. inż. Artur Świergiel
/dokument podpisany elektronicznie/