



Warszawa, dn. 09 listopada 2020 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawę wysokosprawnego chromatografu gazowego sprzężonego z kwadrupolowym tandemowym spektrometrem mas dla Zakładu Analizy Żywności IBPRS**” (znak sprawy DA.22.16.2020.ZA)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie parametru kryterium II oceny technicznej (czułość określona jako wartość S/N mierzona dla OFN w nastrzyku 1ul) poprzez sprawdzenie i wykazanie danej wartości podczas instalacji spektrometru?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie wymaganego parametru kryterium II oceny technicznej było udokumentowane dowodami w postaci specyfikacji producenta urządzenia, np. zamieszczonej na jego stronie internetowej. Zamawiający, zgodnie z Rozdziałem XII formularza oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, wymaga podania nazwy producenta, typu proponowanego urządzenia i modelu oraz rodzaj oprogramowania w celu weryfikacji parametrów stanowiących kryterium oceny technicznej.

Pytanie 2

Spektrometr mas, który chcemy zaoferować posiada pompę turbomolekularną o wydajności ponad 300l/s, która zapewnia pracę spektrometru jednocześnie z dwoma kolumnami chromatograficznymi bez wpływu na parametry przyrządu. Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku kryterium VII oceny technicznej?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zadający pytanie nie precyzuje w jaki sposób zapewni brak wpływu wydajności pompy turbomolekularnej na pracę spektrometru. Określenie ponad 300 l /s jest nieprecyzyjne i w sposób oczywisty może mieć wpływ na wydajność układu próżniowego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania o zbliżonej wydajności, nie różniące się wydajnością o więcej niż o 5% w stosunku do wartości nominalnej, poparte dowodami w postaci specyfikacji producenta urządzenia lub producenta pompy turbomolekularnej, wraz z podaniem numeru katalogowego / numeru części producenta pompy turbomolekularnej.



Pytanie 3

Czy w związku z możliwym stosowaniem maksymalnie dwóch kolumn (kanałów) w systemie GC/MS/MS Zamawiający uzna za spełnienie warunku kryterium VIII oceny technicznej poprzez zastosowanie chromatografu o budowie modułowej pozwalającej na szybką wymianę dozowników przez użytkownika z możliwością równoległej pracy na dwóch dozownikach (S/SL, PTV, OC)?

Odpowiedź na pytanie 3:

W związku z faktem, iż Zamawiający wymaga funkcjonalności przyrządu polegającej na możliwości pracy z dwoma kolumnami chromatograficznymi oraz większą liczbą dozowników, Zamawiający uznaje rozwiązanie modularnej i wymiennej konstrukcji dozowników za równoważne z wyspecyfikowanym. Tym samym dopuszcza proponowane rozwiązanie jako spełniające kryterium VIII oceny technicznej.

Pytanie 4

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku kryterium X oceny technicznej poprzez zastosowanie energii jonizacji w spektrometrze mas większej lub równej 150 eV?

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza spełnienie warunku kryterium X oceny technicznej poprzez zastosowanie energii jonizacji w spektrometrze mas większej lub równej 150 eV.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) uprzejmie informuję, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

I. ROZDZIAŁ XVI SIWZ. KRYTERIA OCENY OFERT

„A”

BYŁO

Kryterium X oceny technicznej - (L) Energia jonizacji powyżej 150 eV – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 5. Najwyższą liczbę punktów – 5, otrzyma urządzenie charakteryzujące się następującym parametrem: 1. Energia jonizacji poniżej 150 eV – otrzyma 0 pkt 2. Energia jonizacji powyżej 150 eV – otrzyma 5 pkt <u>W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę wariantu 1 lub 2, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. przyjmując wariant z poz. nr 1. Wykonawca może wskazać tylko jeden wariant. W przypadku wskazania więcej niż jednego wariantu Zamawiający odrzuci ofertę</u>	max. 5
---	---------------



jako niezgodną z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

JEST

Kryterium X oceny technicznej - (L) Energia jonizacji ≥ 150 eV – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 5.

Najwyższą liczbę punktów – 5, otrzyma urządzenie charakteryzujące się następującym parametrem:

3. Energia jonizacji < 150 eV – otrzyma 0 pkt

4. Energia jonizacji ≥ 150 eV – otrzyma 5 pkt

max. 5

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę wariantu 1 lub 2, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. przyjmując wariant z poz. nr 1. Wykonawca może wskazać tylko jeden wariant. W przypadku wskazania więcej niż jednego wariantu Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II. FORMULARZ OFERTY STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

„A”

BYŁO

- I. KRYTERIUM VII: OCENY TECHNICZNEJ-(I) wydajność układu próżniowego (pompy turbomolekularnej > 350 l / s) umożliwiająca pracę spektrometru jednocześnie z dwoma kolumnami chromatograficznymi bez wpływu na parametry przyrządu

1. Nie ☐

2. Tak ☐

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę wariantu 1 lub 2, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. przyjmując wariant z poz. nr 1.

Wykonawca może wskazać tylko jeden wariant. W przypadku wskazania więcej niż jednego wariantu Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

JEST

- II. KRYTERIUM VII: OCENY TECHNICZNEJ-(I) wydajność układu próżniowego (pompy turbomolekularnej > 350 l / s) umożliwiająca pracę spektrometru jednocześnie z dwoma kolumnami chromatograficznymi bez wpływu na parametry przyrządu



1. Nie ☐

2. Tak ☐

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę wariantu 1 lub 2, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. przyjmując wariant z poz. nr 1.

Wykonawca może wskazać tylko jeden wariant. W przypadku wskazania więcej niż jednego wariantu Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania o zbliżonej wydajności nie różniące się wydajnością o więcej niż o 5% w stosunku do wartości nominalnej, poparte dowodami w postaci specyfikacji producenta urządzenia lub producenta pompy turbomolekularnej, wraz z podaniem numeru katalogowego / numeru części producenta pompy turbomolekularnej.....

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę producenta urządzenia lub producenta pompy turbomolekularnej, wraz z podaniem numeru katalogowego / numeru części producenta pompy turbomolekularnej, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. przyjmując wariant z poz. nr 1 - Nie

☐

Wskazanie przez Wykonawcę producenta urządzenia lub producenta pompy turbomolekularnej, wraz z podaniem numeru katalogowego / numeru części producenta pompy turbomolekularnej, w celu weryfikacji określonej wydajności pompy, będzie równoznaczne z zaznaczeniem przez niego wariantu z poz. 2 – Tak ☐

**„B”
BYŁO**

X. KRYTERIUM X: OCENY TECHNICZNEJ-(L) Energia jonizacji powyżej 150 eV

1. Energia jonizacji poniżej 150 eV ☐

2. Energia jonizacji powyżej 150 eV ☐

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę wariantu 1 lub 2, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. przyjmując wariant z poz. nr 1.

Wykonawca może wskazać tylko jeden wariant. W przypadku wskazania więcej niż jednego wariantu Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.



JEST

X. KRYTERIUM X: OCENY TECHNICZNEJ-(L) Energia jonizacji ≥ 150 eV

1. **Energia jonizacji < 150 eV** ☐

2. **Energia jonizacji ≥ 150 eV** ☐

W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę wariantu 1 lub 2, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. przyjmując wariant z poz. nr 1.

Wykonawca może wskazać tylko jeden wariant. W przypadku wskazania więcej niż jednego wariantu Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznikiem do n/n pisma jest zmodyfikowany Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ z obowiązkiem stosowania.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto informuję, iż w związku z ww. zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulega zmianie treść ogłoszenia o zamówieniu.

PROKURENT

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

--//--

dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS