

Warszawa, dn. 23 czerwca 2021 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, pn.: „**Dostawę gęstościomierza oscylacyjnego z drukarką wyników dla Zakładu Technologii Fermentacji.**” (znak sprawy DA.22.18.2021.ZF)

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zwanej dalej „*ustawą*” uprzejmie informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które prezentuję poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Czy w postępowaniu przetargowym nr: DA.22.18.2021.ZF dopuszczą Państwo gęstościomierz, którego zakres temperatury pracy wynosi 0-96 stopni Celsjusza?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że dopuszcza gęstościomierz którego zakres temperatury pracy wynosi 0-96 stopni Celsjusza.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto informuję, iż w związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nie ulega zmianie treść ogłoszenia o zamówieniu.

PROKURENT

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
- Państwowy Instytut Badawczy
im. prof. Wacława Dąbrowskiego
dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS
/dokument podpisany elektronicznie/