

Warszawa, dn. 03 sierpnia 2021 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę automatycznego (minimum) 6-stanowiskowego aparatu do oznaczania włókna dla Zakładu Technologii Fermentacji” - (znak sprawy DA.22.22.2021.ZF)

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

w Załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia, w tabeli na stronie 11 w Punkcie 4, Podpunkt 4.1, Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznego (minimum) 6-stanowiskowego aparatu do oznaczania włókna dla Zakładu Technologii Fermentacji w Kolumnie B (Nazwa parametru) znajduje się poniższy opis:

„Jednostka do ekstrakcji na zimno.

Jednostka do odtłuszczania próbek.

Jednostka do spopielenia próbek”

Czy oznacza to, że Zamawiający wymaga aby oferta zawierała oprócz jednostki do oznaczania włókna i jednostki do odtłuszczania próbek dodatkowo np. Piec muflowy do spopielenia próbek, czy chodzi o inne urządzenie do spopielenia? Jaka jest wymagana/oczekiwana temperatura maksymalna, którą powinno zapewnić urządzenie do spopielenia próbek?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (wymaganiach), ujęto zestaw jednostek niezbędnych do przeprowadzenia analizy włókna. W wymaganiach chodzi o piec muflowy, gdzie temperatura spalania będzie nie niższa niż 500 °C lub inne urządzenie zapewniające spopielenie próbek w tej temperaturze w zależności od rozwiązania technologicznego, które oferuje Wykonawca składający ofertę do przedmiotowego postępowania.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w związku z udzieloną odpowiedzią zapisy Specyfikacji warunków zamówienia oraz jej załączników pozostają bez zmian.



INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
im. prof. Waclawa Dąbrowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Ponadto informuję, iż w związku z udzieloną odpowiedzią nie ulega zmianie termin składania ofert.

DYREKTOR

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
- Państwowy Instytut Badawczy
im. prof. Waclawa Dąbrowskiego

--/--

prof. dr hab. inż. Artur Świergiel

