

Numer referencyjny postępowania:

**DA.22.23.2022.ZO**

Warszawa, dn. 13 maja 2022 roku

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na *dostawę automatycznego analizatora fotometrycznego oraz wirówki laboratoryjnej w podziale na 2 części dla Zakładu Technologii Przetworów Owocowych i Warzyw* (znak sprawy DA.22.23.2022.ZO).

**Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 13 maja 2022 r.:**

Część nr 1 - dostawa automatycznego analizatora fotometrycznego

Nr. oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin dostawy	Oferowany przedmiot zamówienia		
				L.p.	Przedmiot zamówienia	Wartości oferowane przez Wykonawcę (kolumnę wypełnia Wykonawca)
1.	Sterbios Sp. z o.o ul. Rakowiecka 36 / lok 319a; 02-532 Warszawa	80 334,38 zł	7 tygodni od daty zawarcia umowy	kol. A		kol. B
				1.	Automatyczny analizator fotometryczny (część nr 1)	Nazwa Producenta oferowanego Sprzętu: BioSystems Nazwa modelu oferowanego Sprzętu: Y15 Rok produkcji oferowanego Sprzętu: 2022 W skład wyposażenia wchodzi: - automatyczny analizator fotometryczny - rotory - statywy na odczynniki - statywy na próbki - probóweczki na próbki - skoncentrowany roztwór myjący - skoncentrowany płyn systemowy



Część nr 2 - dostawa wirówki laboratoryjnej

Nr. oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin dostawy	Oferowany przedmiot zamówienia		
				L.p.	Przedmiot zamówienia	Wartości oferowane przez Wykonawcę (kolumnę wypełnia Wykonawca)
1.	MPW MED.INSTRUMENTS SPÓŁDZIELNIA PRACY, ul. BOREMLOWSKA 04-347 WARSZAWA	7601,37 zł	7 tygodni od daty zawarcia umowy	kol. A	kol. B	
				1.	Wirówka laboratoryjna (część nr 2)	Nazwa Producenta oferowanego Sprzętu: <b>MPW MED.INSTRUMENTS SPÓŁDZIELNIA PRACY</b> Nazwa modelu oferowanego Sprzętu: <b>MPW M-SCIENCE</b> Rok produkcji oferowanego Sprzętu: <b>2022</b> W skład wyposażenia wchodzi: Wirówka laboratoryjna MPW M-SCIENCE, 230V 50/60Hz, zakres obrotów: 90 ÷ 18 000 RPM – <b>NR KAT. 102MS/2-56</b> Wirnik kątowy 24 x 2/1,5ml, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą [kąąt 45°] [max RPM/RCF dla MPW-352R/RH: 18 000rpm/30 065xg, MPW-352: 16 000rpm/23 755xg, MPW-260/R/RH, M-SCIENCE, M-UNIVERSAL: 15 100rpm/21 158xg, MPW-150R: 15 000rpm/20 879xg] – <b>NR KAT. 11461</b>



2	DANLAB Danuta Katryńska ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok	Brak wskazanej całkowitej ceny brutto	8 tygodni od daty zawarcia umowy	<b>L.p.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Wartości oferowane przez Wykonawcę (kolumnę wypełnia Wykonawca)</b>
				<b>kol. A</b>	<b>kol. B</b>	
				1.	Wirówka laboratoryjna (część nr 2)	Nazwa Producenta oferowanego Sprzętu: MPW Nazwa modelu oferowanego Sprzętu: MPW-55 Rok produkcji oferowanego Sprzętu: 2022 W skład wyposażenia wchodzi: Wirnik kątowy 24 x 1,5/2 ml z hermetycznie uszczelnioną pokrywą (nr kat. 11204)
3	Sterbios Sp. z o.o ul. Rakowiecka 36 / lok 319a; 02-532 Warszawa	7 450,92 zł	7 tygodni od daty zawarcia umowy	<b>L.p.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Wartości oferowane przez Wykonawcę (kolumnę wypełnia Wykonawca)</b>
				<b>kol. A</b>	<b>kol. B</b>	
				1.	Wirówka laboratoryjna (część nr 2)	Nazwa Producenta oferowanego Sprzętu: MPW Med. Instruments Nazwa modelu oferowanego Sprzętu: MPW-55 Rok produkcji oferowanego Sprzętu: 2022 W skład wyposażenia wchodzi: wirówka laboratoryjna MPW-55 oraz wirnik kątowy z hermetycznie uszczelnioną pokrywą



4	Anchem Plus Mariusz Malczewski ul. gen. T. Bora Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa	13 530,00 zł	7 tygodni od daty zawarcia umowy	<b>L.p.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Wartości oferowane przez Wykonawcę (kolumnę wypełnia Wykonawca)</b>
				<b>kol. A</b>		<b>kol. B</b>
				1.	Wirówka laboratoryjna (część nr 2)	Nazwa Producenta oferowanego Sprzętu: LABTECH Nazwa modelu oferowanego Sprzętu:GZ-1536 Rok produkcji oferowanego Sprzętu: 2022 W skład wyposażenia wchodzi: rotor GREB-m2.0-24
5	AMP Polska Sp. z o.o. Aleja Pokoju 78, 31-564 Kraków	7 148,76 zł	9 tygodni od daty zawarcia umowy	<b>L.p.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Wartości oferowane przez Wykonawcę (kolumnę wypełnia Wykonawca)</b>
				<b>kol. A</b>		<b>kol. B</b>
				1.	Wirówka laboratoryjna (część nr 2)	Nazwa Producenta oferowanego Sprzętu: Centurion Scientific Ltd. Nazwa modelu oferowanego Sprzętu:Pro-Analytical wersja C115A Rok produkcji oferowanego Sprzętu:...2022..... W skład wyposażenia wchodzi: Rotor 24 x 1,5/2,0 ml, typ BRK5424

DYREKTOR

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

im. prof. Wacława Dąbrowskiego

- Państwowego Instytutu Badawczego

*prof. dr hab. inż. Artur Świergiel*

/dokument podpisany elektronicznie/



Horizon 2020  
European Union Funding  
for Research & Innovation