



Warszawa, dn. 06 października 2021 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę pieca mufowego do spoielania ziarna zbóż i przetworów zbożowych dla Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa”- (znak sprawy DA.22.26.2021.ZZ)

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza wymiary komory roboczej: 195 x 310 x 135 mm (WxDXH)?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sprzętu o wymiarach komory roboczej 195 x 310 x 135 mm. Za niska wysokość komory roboczej powoduje problem z operowaniem próbkami w trakcie wykonania analizy wewnątrz pieca.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne: 440 x 710 x 510 mm (WxDxH)?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sprzętu o wymiarach zewnętrznych 440 x 710 x 510 mm. Takie wymiary nie pozwolą na umieszczenie pieca pod obecnym wyciągiem i na dostosowanym do tego stole laboratoryjnym.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści piec bez portu USB, którego aplikacja nie została uwzględniona w wymaganiach technicznych?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający informuje, że dopuszcza piec który nie będzie wyposażony w port USB.



**INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
im. prof. Waclawa Dąbrowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto informuję, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami nie ulega zmianie termin składania ofert.

PROKURENT

**Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
- Państwowy Instytut Badawczy
im. prof. Waclawa Dąbrowskiego**

--/--

dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS

/dokument podpisany elektronicznie/

