



Znak sprawy: DA.22.29.2022.ZZ

Warszawa, dn. 27 czerwca 2022 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę analizatora NIR do ziarna i mąki dla Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarnictwa” (znak sprawy DA.22.29.2022.ZZ).

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

1. pytanie 1

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia, którego długość drogi optycznej mieści się w zakresie 6-33mm?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie urządzenia, którego długość drogi optycznej mieści się w zakresie 6-33mm.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto informuję, iż w związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nie ulega zmianie treść ogłoszenia o zamówieniu.

PROKURENT

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
- Państwowy Instytut Badawczy
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

--/--

dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS

/dokument podpisany elektronicznie/