

Warszawa, dn. 10 grudnia 2021 r.

**Wykonawcy ubiegający się
 o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „dostawę aparatury laboratoryjnej, kolumn chromatograficznych, odczynników, materiałów pomocniczych, laboratoryjnych wyrobów szklanych, pipet i akcesoriów laboratoryjnych w podziale na 42 części” (znak sprawy DA.22.30.2021.ZA/ZG)

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 w zw. z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

- I. Załącznik nr 1 do Umowy DA.22.30.2021.ZA/ZG - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY w części nr 3:

BYŁO

3	Akcesoria chromatograficzne	Rękawice nitylowe rozmiar S, bezpudrowe, niejałowe diagn.-zabieg. op.=100szt. Powleczone wewnętrzną warstwą polimerową, ułatwiającą zakładanie. Zapewniają ochronę przed wieloma substancjami chemicznymi i cytostatykami, zgodne z europejskimi normami EN 455 lub EN 420 lub EN 374 lub normy równoważne.	do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy	op.	8							
		Rękawice nitylowe rozmiar M, bezpudrowe, niejałowe diagn.-zabieg. op.=100szt. Powleczone wewnętrzną warstwą polimerową, ułatwiającą zakładanie. Zapewniają ochronę przed wieloma substancjami chemicznymi i cytostatykami, zgodne z europejskimi normami EN 455 lub EN 420 lub EN 374 lub normy równoważne.		op.	20							

3	Akcesoria chromatograficzne	Rękawice nitrylowe rozmiar S, bezpudrowe, niejałowe diagn.-zabieg. op.=100szt. Powleczone wewnętrzną warstwą polimerową, ułatwiającą zakładanie. Zapewniają ochronę przed wieloma substancjami chemicznymi i cytostatykami, zgodne z europejskimi normami EN 455 lub EN 420 lub EN 374 lub normy równoważne.	do 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy	op.	8						
		Rękawice nitrylowe rozmiar M, bezpudrowe, niejałowe diagn.-zabieg. op.=100szt. Powleczone wewnętrzną warstwą polimerową, ułatwiającą zakładanie. Zapewniają ochronę przed wieloma substancjami chemicznymi i cytostatykami, zgodne z europejskimi normami EN 455 lub EN 420 lub EN 374 lub normy równoważne.		op.	20						
		Rękawice nitrylowe rozmiar L, bezpudrowe, niejałowe diagn.-zabieg. op.=100szt. Powleczone wewnętrzną warstwą polimerową, ułatwiającą zakładanie. Zapewniają ochronę przed wieloma substancjami chemicznymi i cytostatykami, zgodne z europejskimi normami EN 455 lub EN 420 lub EN 374 lub normy równoważne.		op.	5						
		Filtry strzykawkowe, niesterylne, nylonowe, średnica filtra 13 mm, średnica porów 0.45 mm, obudowa z PP, pojemność martwa: mniej niż 25 µL, ciśnienie max.: min. 7 bar, temp. robocza: min. do 45 °C. Połączenie wlot/wylot: Luer-Lock / Luer.		op.	4						
		Filtry strzykawkowe, niesterylne, nylonowe, średnica filtra 25 mm, średnica porów 0.20 mm, obudowa z PP, pojemność martwa: mniej niż 25 µL, ciśnienie max.: min. 7 bar, temp. robocza: min. do 45 °C. Połączenie wlot/wylot: Luer-Lock / Luer.		op.	4						
		Filtry strzykawkowe, niesterylne, nylonowe, średnica filtra 13 mm, średnica porów 0.20 mm, obudowa z PP, pojemność martwa: mniej niż 25 µL, ciśnienie max.: min. 7 bar, temp. robocza: min. do 45 °C. Połączenie wlot/wylot: Luer-Lock / Luer.		op.	4						
		RAZEM									

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zamieszcza na stronie BIP Zamawiającego zaktualizowany załącznik nr 1 do SWZ oraz Załącznik nr 1 do Umowy- SPOZ wersja edytowalna z obowiązkiem stosowania.

Jednocześnie informuję, iż w związku ze zmianą treści specyfikacji warunków zamówienia zmianie uległa również treść ogłoszenia o zamówieniu poprzez dodanie do części nr 3 kodu CPV - 33.14.13.10-6 *strzykawki*. Ponadto Zamawiający informuje, że Termin składania ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego
- Państwowy Instytut Badawczy
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel