

Warszawa, dnia 18 lipca 2022 roku

Numer referencyjny postępowania:

**DA.22.30.2022.ZM**

**Wykonawcy**  
wg rozdzielnika

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na **dostawę zamrażarki kriogenicznej zapewniającej długoterminową ochronę materiału biologicznego w temperaturze poniżej -135°C.**

**Szanowni Państwo,**

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. – dalej ustawy Pzp), zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy **Biosell Sławomir Opolski**, ul. Nowolipie 21/25, 01-002 Warszawa.

**Uzasadnienie:**

Zamawiający na podstawie art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wybrał ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale XVII Specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zaprasza Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do zawarcia umowy o zamówienie publiczne w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający, działając na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp odrzucił, ofertę Wykonawcy **Frost Tomasz Frankowski**, ul. Dobra 9, 05 – 092 Łomianki, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

**Uzasadnienie:** Zamawiający w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia określił parametry i charakterystykę urządzenia, podając:

- pkt 9 tabeli wymagania:

System alarmowy wyposażony w podwójne zasilanie, podtrzymujące działanie układu w przypadku braku zasilania głównego:

- Alarm braku zasilania
- Alarm niewłaściwych parametrów sieci zasilającej
- Alarm zbyt wysokiej temperatury i alarm zbyt niskiej temperatury
- Alarm niewłaściwej pracy systemu podtrzymania zasilania
- Alarm niedomkniętej pokrywy zamrażarki
- Alarm/wskaźnik stanu filtra skraplacza
- Alarm czujnika temperatury
- Alarm wysokiej temperatury w pomieszczeniu



- pkt. 10 tabeli wymagania:

Zamrażarka wyposażona w port USB oraz drugi port pozwalający na podłączenie zewnętrznego rejestratora parametrów pracy zamrażarki. Zamawiający w dniu 27 czerwca 2022 r. w wyjaśnieniach treści SWZ dopuścił możliwość zaoferowania urządzenia bez portu USB zaznaczając, że urządzenie musi posiadać inną możliwość łatwego zgrania archiwalnych danych temperatury z oferowanego urządzenia.

Oferowane przez Wykonawcę urządzenie nie posiada:

- alarmu niedomkniętej pokrywy zamrażarki
- alarmu/wskaźnika stanu filtra skraplacza
- alarmu wysokiej temperatury w pomieszczeniu
- portu pozwalającego na podłączenie zewnętrznego rejestratora parametrów pracy zamrażarki.

## ZESTAWIENIE OFERT WRAZ Z PRYZNANĄ PUNKTACJĄ

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto (w zł): Liczba punktów w kryterium cena (c) – waga kryterium 60	Termin dostawy: Liczba punktów w kryterium (T) - waga kryterium 40	Łączna liczba przyznanych punktów
1	ALAB Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30 lok. 222 00 – 739 Warszawa	45,36	40	85,36
2	Frost Tomasz Frankowski ul. Dobra 9 05-092 Łomianki	Oferta odrzucona zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp		
3	Sanlab J. Kaczorek, M. Bińczak Sp. J. ul. Andrychowska 7 01-447 Warszawa	47,68	40	87,68
4	Biosell Sławomir Opolski ul. Nowolipie 21/25 01-002 Warszawa	60,00	40	100,00

DYREKTOR

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego  
im. prof. Waława Dąbrowskiego  
- Państwowego Instytutu Badawczego  
**prof. dr hab. inż. Artur Świergiel**  
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. ALAB Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00 – 739 Warszawa
2. Biosell Sławomir Opolski, ul. Nowolipie 21/25, 01-002 Warszawa
3. Frost Tomasz Frankowski, ul. Dobra 9, 05 – 092 Łomianki
4. Sanlab J. Kaczorek, M. Bińczak Sp. J., ul. Andrychowska 7, 01-447 Warszawa

