



Warszawa, dn. 24 kwietnia 2020 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Dostawę komory do pracy mikrobiologicznej w atmosferze beztlenowej.” (znak sprawy DA.22.6.2020.ZM)**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Dotyczy: Pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia: Charakterystyka urządzenia, Zamawiający wymaga: Demontowana ściana frontowa dla ułatwienia załadunku i czyszczenia

To wymagane rozwiązanie techniczne może być spełnione również przy zastosowaniu komory z demontowalną ścianą boczną, zapewniają te same możliwości funkcjonalne.

Pytanie:

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie opierające się na demontowalnej ścianie bocznej, nie frontowej jak podano pierwotnie?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SIWZ. Funkcjonalność w przypadku demontowanej ściany bocznej wymaga dostosowania miejsca umieszczenia komory i znacznie zmienia ergonomię użytkowania i dostępność wnętrza komory w stosunku do demontowanej ściany frontowej.

Pytanie 2

Dotyczy: Pkt 4 Opis przedmiotu zamówienia: Charakterystyka urządzenia, Zamawiający wymaga: Obudowa ze stali nierdzewnej

To rozwiązanie może być zastąpione poprzez zastosowanie innych materiałów, takich jak winyl bądź aluminium, równie funkcjonalnych, nie wpływających na pogorszenie warunków pracy czy też na wytrzymałość komory.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie opierające się na wykonaniu obudowy komory z aluminium bądź winylu?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, iż dopuści komorę z obudową wykonaną ze stali nierdzewnej lub aluminium, z zastrzeżeniem, że wymaga, aby obszar roboczy wewnątrz komory był wykonany ze stali nierdzewnej. Aluminium pod wpływem wilgoci wytwarza na powierzchni warstwę ochronną tlenku



aluminium, natomiast stal nierdzewna posiada skłonności do samoczynnego odbudowywania się, oraz jest neutralna biologicznie. W opinii Zamawiającego materiałem bardziej trwałym w warunkach laboratoryjnych jest stal nierdzewna. Ponadto Zamawiający wymaga aby obudowa komory była wykonana z materiału zapewniającego odpowiednią sztywność całej komory i odporność na uszkodzenia mechaniczne, w przeciwieństwie do konstrukcji winylowej, przy zapewnieniu pożądanych cech funkcjonalno-użytkowych wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3

Dotyczy: Pkt 6 Opis przedmiotu zamówienia: Charakterystyka urządzenia, Zamawiający wymaga: Inkubator z regulacją temperatury o max. 0,1°C w zakresie od +5°C od temperatury otoczenia do nie mniej niż 70°C

Na rynku dostępne są różne opcje zakresów temperatury pracy inkubatora. Większość aplikacji do których używana jest komora mikrobiologiczna, mieści się w zakresie temperatur do 40°C.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające regulację temperatury do 40°C lub do 65°C ?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie umożliwiające regulację temperatury do nie mniej niż 65°C

Pytanie 4

Dotyczy: Pkt 9 Opis przedmiotu zamówienia: Charakterystyka urządzenia, Zamawiający wymaga: Oświetlenie wewnątrz komory, obszaru miejsca pracy.

Na rynku istnieją rozwiązania eliminujące konieczność stosowania dodatkowego oświetlenia w komorze.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie wymagające zasadniczo żadnego dodatkowego oświetlenia, ze względu na konstrukcję i materiał z jakiego wykonana jest komora, zapewniając pełną dostępność światła użytkownikowi?

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SIWZ. Oświetlenie miejsca pracy wnętrza komory jest istotnym parametrem funkcjonalno-użytkowym dla Zamawiającego.

Pytanie 5

Dotyczy: Pkt 2 Opis przedmiotu zamówienia: Zestaw uruchomieniowy, Zamawiający wymaga: Paski kontroli atmosfery beztlenowej (100 szt./op) – 1 opakowanie.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści bardziej zaawansowane rozwiązanie opcjonalne tzw. Moduł [REDACTED], czyli cyfrowy wyświetlacz, który monitoruje w czasie rzeczywistym poziom O₂

i H₂ ? Przedstawione rozwiązanie pozwala zredukować finalne koszty eksploatacji komory.

Dodatkowo wskazane akcesorium pozwala na monitorowanie atmosfery beztlenowej w zakresie +/- 20 ppm, dla przykładu paski kontrolują atmosferę beztlenową jedynie +/- 1000 ppm.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza takie rozwiązanie. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania nie podlegają dostawie Paski kontroli atmosfery beztlenowej (100 szt./op) w ilości 1 opakowania.



Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) uprzejmie informuję, że zamawiający dokonuje zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę:

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ROZDZIAŁ IX.

Składanie ofert

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący sposób:

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36

Oferta w postępowaniu znak: DA.22.6.2020.ZM – „Dostawa komory do pracy mikrobiologicznej w atmosferze beztlenowej”

Nie otwierać przed **30.04.2020r. przed godz. 12:30.**

3. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36 (pok. 134 sekretariat IBPRS), w terminie do dnia **30 kwietnia 2020r. do godz. 12:00.**
4. Oferty przesłane faksem lub w inny niż w ww. sposób nie będą rozpatrywane.

ROZDZIAŁ XI.

Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu **30.04.2020r. o godz. 12:30** w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36, w pok. CW17, Dział Administracyjno-Techniczny.
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, w szczególności dotyczące ceny.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
5. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.



2. W Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy:

1) CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA, pozycja 4

BYŁO:

Obudowa ze stali nierdzewnej

JEST:

Obudowa ze stali nierdzewnej, aluminium lub innego rodzaju stali odpowiednio przystosowanej do specyfiki pracy przedmiotu zamówienia, obszar roboczy wewnątrz komory wykonany ze stali nierdzewnej

2) CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA, pozycja 6

BYŁO:

Inkubator z regulacją temperatury o max. 0,1°C w zakresie od + 5°C od temperatury otoczenia do nie mniej niż 70°C

JEST:

Inkubator z regulacją temperatury o max. 0,1°C w zakresie od + 5°C od temperatury otoczenia do nie mniej niż 65°C

3) CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA, pozycja 21 – nowa pozycja !

Moduł z elektronicznym wyświetlaczem monitorującym w czasie rzeczywistym poziom O₂ i H₂ – w przypadku nie zaoferowania ww. modułu, Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaoferował Paski kontroli atmosfery beztlenowej (100szt./op) – 1 opakowanie.

4) ZESTAW URUCHOMIENIOWY, usunięta pozycja 2

BYŁO:

Paski kontroli atmosfery beztlenowej (100szt./op) – 1 opakowanie

JEST:

Brak pozycji 2 – usunięta!

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, iż załącza następujący dokumenty ze zmianami stanowiącymi załącznik do niniejszego pisma, z obowiązkiem stosowania:

1. Projekt Umowy wraz z Opiszem Przedmiotu Zamówienia – zmieniony – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

Ponadto informuję, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami, ulega zmianie treść ogłoszenia o zamówieniu, t.j.:



**INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
im. prof. Wacława Dąbrowskiego**

-
1. Termin składania ofert : **30.04.2020 r. godz. 12:00**
2. Termin otwarcia ofert: **30.04.2020 r. godz. 12:30**

DYREKTOR

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

--/--

prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel

