

Warszawa, dn. 22 marca 2021 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Dostawę 3 zamrażarek głębokiego mrożenia, wirówki laboratoryjnej oraz zestawu aparatów do elektroforezy poziomej z zasilaczem w podziale na 3 części (znak sprawy DA.22.6.2021.ZM/ZF)**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Dotyczy część nr 1 – dostawa 3 zamrażarek głębokiego mrożenia

Czy Zamawiający uzna za równoważną zamrażarkę spełniającą wszystkie przedstawione przez Zamawiającego wymogi lecz z wnętrzem wykonanym ze stali pokrytej wytrzymałym tworzywem odpornym na uszkodzenia mechaniczne, perforacje i zarysowania? Jest to nowocześniejsze rozwiązanie powszechnie stosowane u renomowanych producentów zamrażarek gdyż zmniejsza szronienie a także ułatwia czyszczenie wnętrza oraz zmniejsza ryzyko zarysowania powierzchni wewnętrznych np. podczas wyjmowania/wadzenia stelaży z pudełkami. Dopuszczenie oferowanego parametru jest korzystne dla Zamawiającego zarówno w kwestiach technicznych jak i w zwiększeniu konkurencyjności postępowania zakupowego. Jeżeli nie, proszę o argumentację.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do projektowanych postanowień umowy w pkt. 4 Charakterystyka urządzenia: **Wnętrze ze stali nierdzewnej**. Materiałem bardziej trwałym w warunkach laboratoryjnych jest stal nierdzewna. Stal nierdzewna posiada skłonności do samoczynnego odbudowywania się, która zapewnia jej odporność na korozję, oraz jest neutralna biologicznie. Warstwa tworzywa sztucznego najczęściej koloru białego którym jest powleczona stal, umożliwia szybkie dostrzeżenie zabrudzeń, jednakże materiał ten jest podatny na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne w przeciwieństwie do bardzo wysokiej wytrzymałości stali nierdzewnej.

Ponadto działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), uprzejmie informuję, że Zamawiający dokonuje zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. W Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b do SWZ w pkt. 23 – Bezpieczeństwo użytkowania, w następujący sposób:

BYŁO:

23.	Bezpieczeństwo użytkowania	zgodność z przepisami EN-61010, CE lub równoważnymi – certyfikaty wraz z dostawą przedmiotu zamówienia
-----	----------------------------	--

JEST:

23.	Bezpieczeństwo użytkowania	Oznaczenie CE
-----	----------------------------	---------------

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, iż załącza następujący dokument ze zmianami stanowiący załącznik do niniejszego pisma z obowiązkiem stosowania:

1. załącznik nr 1b do projektowanych warunków umowy – zmiana 22.03.2021.

Ponadto informuję, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami nie ulega zmianie termin składania ofert.

DYREKTOR

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

- Państwowy Instytut Badawczy

im. prof. Wacława Dąbrowskiego

prof. dr hab. inż. Artur Świergiel

/dokument podpisany elektronicznie/