

Warszawa, dn. 24 marca 2021 r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Dostawę 3 zamrażarek głębokiego mrożenia, wirówki laboratoryjnej oraz zestawu aparatów do elektroforezy poziomej z zasilaczem w podziale na 3 części (znak sprawy DA.22.6.2021.ZM/ZF)**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dwoma oddzielnymi układami kompresorów, działającymi niezależnie, gwarantującymi utrzymanie temperatury w przypadku awarii na poziomie -70st.C? Informujemy, iż temperatura -70st.C zabezpiecza w stopniu należyтым przechowywany materiał, gdyż jest to jedynie -10st.C różnicy od temperatury wymaganej.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający informuje, że ze względu na charakterystykę pracy (biobankowanie) wymaga aby urządzenie posiadało dwa niezależne układy chłodzenia, z których każdy jest w stanie samodzielnie wygenerować temperaturę roboczą na poziomie minimum -80°C lub niższą.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zapisy Specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian. Ponadto informuję, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami nie ulega zmianie termin składania ofert.

DYREKTOR

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego  
im. prof. Waława Dąbrowskiego  
- Państwowy Instytut Badawczy  
*prof. dr hab. inż. Artur Świergiel*  
/dokument podpisany elektronicznie/