

Warszawa, dn. 23 marca 2021 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Dostawę 3 zamrażarek głębokiego mrożenia, wirówki laboratoryjnej oraz zestawu aparatów do elektroforezy poziomej z zasilaczem w podziale na 3 części (znak sprawy DA.22.6.2021.ZM/ZF)**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Wniosek nr 1.

Dot. ad. 2 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie z naturalnymi czynnikami chłodniczymi zgodnymi z normami F-Gas (R290 / R170+R290 Mix)?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia dopuszcza urządzenie z naturalnymi węglowodorowymi czynnikami chłodniczymi zgodnie z obowiązującym aktualnie prawem w przedmiotowej sprawie.

Pytanie 2

Wniosek nr 2.

Dot. ad. 11 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie przeznaczone do mrożenia z użyciem pudełek kriogenicznych o wysokości 5.08 cm pozwalające na całkowite wypełnienie zamrażarki?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, że dopuści pudełka kriogeniczne polipropylenowe z systemem opisu miejsc w pudełku i o wysokości 5,08 cm o ile nie zmniejszy to liczby pudełek mieszczących się w stelażu. Ilość stelaży ma pozwalać na całkowite wypełnienie zamrażarki.

Pytanie 3

Wniosek nr 3.

Dot. ad. 15 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie przeznaczone do mrożenia z użyciem Krioprobówek do przechowywania materiału biologicznego, gwint zewnętrzny, pojemność 1.8 ml, lub ewentualnie 2.0ml z gwintem wewnętrznym?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający informuje, że z uwagi na specyfikę i bezpieczeństwo przechowywanego materiału biologicznego wymaga krioprobówek z gwintem zewnętrznym. Zamawiający zaakceptuje sterylne krioprobówki z gwintem zewnętrznym o pojemności 1,8 ml o ile będą one pasowały do dostarczonych pudełek kriogenicznych polipropylenowych z systemem opisu miejsc w pudełku.

Pytanie 4

Pytania do umowy:

1. (§ 6) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka".

Uzasadnienie: Terminy „opóźnienie” i „zwłoka” mają walor prawny, przy czym „zwłoka” oznacza opóźnienie zawinione. W sytuacji objętej niniejszą umową dowodzenie winy Wykonawcy przez Zamawiającego byłoby niecelowe a po części niemożliwe. Zwracamy uwagę, iż Wykonawca, realizując przedmiot umowy, ponosi zwykłe ryzyko biznesowe prowadzonej przez siebie działalności.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zamawiający liczy na współpracę z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego posiadającym odpowiedni potencjał magazynowy oraz logistyczny.

Pytanie 5

Pytania do umowy:

2. (§ 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej dostawy?

Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Dlatego też zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy. Wysokość kar jest adekwatna do wartości zamówienia i gwarantuje Zamawiającemu, że oferty złożą Wykonawcy posiadający potencjał do realizacji zamówienia publicznego.

Pytanie 6

Pytania do umowy:

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy. Umowa może być zawarta również w formie elektronicznej i w/w uciążliwość jest znikoma dla stron umowy.

Pytanie 7

Pytania do umowy:

4. Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – tj. zagrożenie Koronawirusem - możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców? Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: obecna sytuacja związana z koronawirusem, czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający informuje, iż uwzględnił w/w sytuację w projektowanych postanowieniach umowy w § 9.



Pytanie 8

Pytania do umowy:

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujące postanowienia:

Poza zmianami umowy dopuszczonymi w myśl ustawy Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Uzasadnienie:

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: Potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowanie przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic, ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający informuje, iż uwzględnił w/w sytuację w projektowanych postanowieniach umowy w § 1a, § 9 w § 10.

Pytanie 9

Pytania do umowy:

6. Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej (specyfikacje produktu) w formie elektronicznej?

Odpowiedź na pytanie 9:





Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej Zamawiający opisał w SWZ w **Rozdziale VI - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej**, natomiast wymagane środki przedmiotowe w **Rozdziale X – Opis sposobu przygotowania oferty** SWZ w ust. 8 pkt. 4.

Pytanie 10

Pytania do umowy:

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Uzasadnienie:

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 1 do SWZ, dopuszcza zawarcie umowy w formie pisemnej oraz elektronicznej w rozumieniu art. 781 (1) § 1 Kodeksu cywilnego.

Pytanie 11

Część 1 Zamrażarka głębokiego mrożenia:

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z dwukompresorowym kaskadowym systemem chłodzenia?

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający informuje, że ze względu na charakterystykę pracy (biobankowanie) wymaga aby urządzenie posiadało dwa niezależne układy chłodzenia, które w awaryjnej sytuacji są w stanie samodzielnie wygenerować temp. roboczą na poziomie min. -80°C. Jeżeli zamrażarka z dwukompresorowym kaskadowym systemem chłodzenia spełnia ten warunek to Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 12

Część 1 Zamrażarka głębokiego mrożenia:

2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową ze sterowaniem mikroprocesorowym i dużym cyfrowym, graficznym ekranem LCD? Zastosowanie tego typu wyświetlacza pozwala na czytelną i prostą obsługę zamrażarki. Zamawiający ma również możliwość podglądu zarejestrowanej





INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
im. prof. Wacława Dąbrowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

temperatury za pomocą graficznego wykresu. Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, proszę o wyjaśnienie jaką różnicę stanowi typ wyświetlacza.

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający nie wyszczególnił szczegółowo tego parametru i dopuszcza każde rozwiązanie techniczne dotyczące panelu sterowania zapewniające ergonomię i pełne sterowanie parametrami.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto informuję, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami nie ulega zmianie termin składania ofert.

DYREKTOR

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
- Państwowy Instytut Badawczy
im. prof. Wacława Dąbrowskiego
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel
/dokument podpisany elektronicznie/

