

Numer referencyjny postępowania:

DA.22.6.2021.ZM/ZF

Warszawa, dn. 15 kwietnia 2021 roku

dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na
„Dostawę 3 zamrażarek głębokiego mrożenia, wirówki laboratoryjnej oraz zestawu aparatów do elektroforezy poziomej z zasilaczem w podziale na 3 części.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy w danej części, pn.:

1. W części nr 1 - dostawa 3 zamrażarek głębokiego mrożenia za cenę 201.440,10 zł brutto

BIOSELL Sławomir Opolski
ul. Nowolipie 21/25
01-002 Warszawa

Uzasadnienie:

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SWZ, Zamawiający odrzucił 4 oferty w części nr 1. W załączeniu przekazuję zestawienie z porównania ofert oraz streszczenie.

2. W części nr 2 - dostawa wirówki laboratoryjnej za cenę 48.533,04 zł brutto

KENDROLAB Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Ciesielska 18
04-653 Warszawa

Uzasadnienie:

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SWZ, żaden wykonawca nie został wykluczony oraz Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty w części nr 2. W załączeniu przekazuję zestawienie z porównania ofert oraz streszczenie.

3. W części nr 3 - dostawa zestawu aparatów do elektroforezy poziomej z zasilaczem za cenę 8.817,08 zł brutto

ARGENTA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Polska 114
60-401 Poznań


Uzasadnienie:

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SWZ, żaden

wykonawca nie został wykluczony oraz Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty w części nr 3. W załączeniu przekazuję zestawienie z porównania ofert oraz streszczenie.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający, na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zaprasza Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w części 1, 2 oraz 3 do zawarcia umowy o zamówienie publiczne z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest p. Rafał Ćwiek; tel. (22) 606 36 46; e-mail: rafal.cwiek@ibprs.pl



DYREKTOR
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego
- Państwowego Instytutu Badawczego
prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel

Numer referencyjny postępowania:

DA.22.6.2021.ZM/ZF

Warszawa, dn. 15 kwietnia 2021 roku


Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

Streszczenie ofert uznanych za odrzucone

1. W części nr 1 - dostawa 3 zamrażarek głębokiego mrożenia

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Przesłanki odrzucenia oferty
1	Argenta Sp. z o.o Sp. k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań	W wyniku oceny ofert zamawiający uznał, iż oferta Wykonawcy Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 1349, jest niezgodna ze specyfikacją warunków zamówienia, a co za tym idzie została odrzucona. Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Projektowanych postanowień umowy w pkt. 4 pozycji „Parametry Zamrażarki głębokiego mrożenia – 3 szt.” wskazał, iż dopuszcza przedmiot zamówienia wyposażony w dwa niezależne układy chłodzenia z których każdy jest w stanie samodzielnie wygenerować temperaturę roboczą na poziomie minimum -80°C lub niższą niższą oraz w pkt. 2 dopuszcza przedmiot zamówienia wyposażony w komorę podzieloną na minimum 4 sekcje zamykane oddzielnymi drzwiami wewnętrznymi. Wykonawca zaoferował zamrażarkę niskotemperaturową firmy Thermo Fisher Scientific o oznaczeniu katalogowym TSX40086V. Zamrażarka Thermo Fisher Scientific o oznaczeniu katalogowym TSX40086V posiada hermetycznie zamknięty kaskadowy układ z dwoma kompresorami o zmiennej prędkości

pracy – system V-drive zamieszczonej na stronie Wykonawcy: <http://argentalab.pl/zamrazarki-86c-premium/> , oraz komorę podzieloną na cztery sekcje zamykane podwójnymi drzwiami.



argentalab.pl/zamrazarki-86c-premium/

ARGENTA LAB

Strona Główna Serwis Kon

Zamrażarki -86°C Premium

Strona główna » Zamrażarki niskotemperaturowe » Zamrażarki -86°C Premium

Czytniki płytek >

Komory laminarne >

Łaźnie wodne >

Mierniki laboratoryjne >

Urządzenia ciepłne >

Wirowanie i wytrząsanie >

Urządzenia chłodnicze >

Pozostałe urządzenia >

Zamrażarki laboratoryjne -86°C Premium Thermo Scientific

Zamrażarki niskotemperaturowe TSX firmy Thermo Scientific to najnowocześniejsze urządzenia dostępne na rynku. Dzięki zastosowaniu hybrydowej izolacji, naturalnych czynników chłodniczych oraz układu chłodzenia wykorzystującego kompresory o zmiennej prędkości umożliwiają ograniczenie zużycia energii nawet o 70% w porównaniu z konkurencyjnymi modelami. Zamrażarki Premium z serii TSX wyposażone są standardowo w panel sterowania z dotykowym ekranem, który ułatwia kontrolę i monitoring parametrów pracy urządzenia, umożliwia zapis występujących zdarzeń oraz zmian temperatury w komorze i eksport na zewnętrzny dysk USB.

Główne cechy:

System chłodzenia:

- Kontrola temperatury w zakresie od -50°C do -86°C
- Rozdzielczość nastawy +/- 1°C
- Kontrola temperatury z dokładnością +/- 0,1°C
- Mikroprocesorowa kontrola układu chłodzenia
- Hermeticznie zamknięty kaskadowy układ z dwoma kompresorami o zmiennej prędkości pracy – system V-drive
- Naturalne czynniki chłodnicze

Szukaj tutaj...



 [Zamrażarki TSX Thermo Scientific](#)

Wobec czego Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) odrzuca ofertę , jako niezgodną z treścią Specyfikacji warunków zamówienia.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Przesłanki odrzucenia oferty
--------------	---------------------------------	------------------------------

3	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa	W wyniku oceny ofert zamawiający uznał, iż oferta Wykonawcy Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 1349, jest niezgodna ze specyfikacją warunków zamówienia, a co za tym idzie została odrzucona. Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Projektowanych postanowień umowy w pkt. 4 pozycji „Parametry Zamrażarki głębokiego mrożenia – 3 szt.” wskazał, iż dopuszcza przedmiot zamówienia wyposażony w dwa niezależne układy chłodzenia z których każdy jest w stanie samodzielnie wygenerować temperaturę roboczą na poziomie minimum -80°C lub niższą oraz w pkt. 2 dopuszcza przedmiot zamówienia wyposażony w komorę podzieloną na minimum 4 sekcje zamykane oddzielnymi drzwiami wewnętrznymi. Wykonawca zaoferował zamrażarkę niskotemperaturową firmy Thermo Fisher Scientific o oznaczeniu katalogowym TSX40086V. Zamrażarka Thermo Fisher Scientific o oznaczeniu katalogowym TSX40086V posiada hermetycznie zamknięty kaskadowy układ z dwoma kompresorami o zmiennej prędkości pracy – system V-drive oraz komorę podzieloną na cztery sekcje zamykane podwójnymi drzwiami.
---	--	---

ULTRA-NISKIE ZAMRAZARKI SERII TSX - TSX40086V



Teraz dostępne w rozszerzonej gamie pojemności, ultra-niskie zamrażarki Thermo Scientific™ serii TSX zostały zaprojektowane tak, aby spełniać najwyższe standardy niezawodności, zrównoważonego rozwoju i zarządzania temperaturą. Sercem serii TSX jest technologia V-drive, zaprojektowana tak, aby dostosowywać się do wzorców użytkownika, znacznie zmniejszając koszty energii i HVAC bez uszczerbku dla wydajności. Wszystkie zamrażarki z serii TSX są produkowane w zakładzie o zerowej ilości odpadów i są zbudowane z użyciem naturalnych czynników chłodniczych i izolacji piankowej spienianej wodą, zgodnie z polityką znaczących nowych alternatyw amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (SNAP), unijnymi normami dotyczącymi F-gazów i innymi normami zrównoważonego rozwoju.


1

Dodaj do koszyka

90 000,00 \$

SKU: TSX40086V

Wobec czego Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) odrzuca ofertę, jako niezgodną z treścią Specyfikacji warunków zamówienia.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Przesłanki odrzucenia oferty
4	Frost Tomasz Frankowski ul. Dobra 9, 05-092 Łomianki	W wyniku oceny ofert zamawiający uznał, iż oferta Wykonawcy FROST Tomasz Frankowski, 05-092 Łomianki ul. Dobra 9, jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a co za tym idzie została odrzucona. Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Projektowanych postanowień umowy w pkt. 4 pozycji „Parametry Zamrażarki głębokiego mrożenia – 3 szt.” wskazał, iż dopuszcza przedmiot zamówienia wyposażony w dwa niezależne układy chłodzenia z których każdy jest w stanie samodzielnie wygenerować temperaturę roboczą na poziomie minimum -80°C lub niższą. Wykonawca zaoferował zamrażarkę niskotemperaturową firmy Arctico o oznaczeniu katalogowym ULUF 500GG. Zamrażarka Arctico o oznaczeniu katalogowym ULUF 500GG jest wyposażona w dwa niezależne układy chłodzenia, a każdy jest w stanie samodzielnie wygenerować temperaturę roboczą na poziomie -70°C według informacji zamieszczonej na stronie producenta: https://www.arctico.com/products/86-c-ultra-low-temperature-freezers/uluf-p500-gg/  Wobec czego Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) odrzuca ofertę , jako niezgodną z treścią Specyfikacji warunków zamówienia.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Przesłanki odrzucenia oferty
5	Sanlab J. Kaczorek, M. Bińczak Sp. J., ul. Andrychowska 7, 01-447 Warszawa	W wyniku oceny ofert zamawiający uznał, iż oferta Wykonawcy Sanlab J. Kaczorek, M. Bińczak Sp. J., 01-447 Warszawa ul. Andrychowska 7, jest niezgodna ze specyfikacją warunków zamówienia, a co za tym idzie została odrzucona. Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Projektowanych postanowień umowy w pkt. 4 pozycji „Parametry Zamrażarki głębokiego mrożenia – 3 szt.” wskazał, iż dopuszcza przedmiot zamówienia wyposażony w dwa niezależne układy chłodzenia z których każdy jest w stanie samodzielnie wygenerować temperaturę roboczą na poziomie minimum -80°C lub niższą. Wykonawca zaoferował zamrażarkę niskotemperaturową firmy Infrico MedCare ULF50086 o oznaczeniu katalogowym ULF50086. Zamrażarka Infrico MedCare o oznaczeniu katalogowym ULF50086 jest wyposażona w dwa niezależne układy chłodzenia, a każdy jest w stanie samodzielnie wygenerować temperaturę roboczą na poziomie -70°C według etykiety zamieszczonej na stronie Wykonawcy: http://www.sanlab.pl/40_Pionowe-(szafowe).html

		sanlab.pl/40_Pionowe-(szafowe).html  ULF50086 marka: Infrico Medcare Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C / podwójny układ chłodzenia / izolacja próżniowa / naturalne czynniki chłodnicze • Pojemność nominalna: 500 litrów • Zakres nastawy temperatury: -40°C do -86°C • 3 półki o regulowanej wysokości, dzielące komorę na 4 sekcje • Dodatkowe izolowane drzwi wewnętrzne zapobiegające stratom chłodu (4 szt.) • Podwójny układ chłodzenia - utrzymanie temperatury -70°C nawet w przypadku awarii jednego z kompresorów • Nowoczesna izolacja typu VIP (panele próżniowe) • Naturalne, węglowodorowe czynniki chłodnicze (HC) • Wymiary zewn./wewn. (SxGxW): 880x915x1986 • Panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem LCD i przyciskami dotykowymi • Cyfrowy rejestrator parametrów i stanów alarmowych z archiwizacją danych przez USB • Zainstalowana w drzwiach, wygodna przegroda na dokumenty w formacie A4 • Wnętrze ze stali nierdzewnej Wobec czego Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) odrzuca ofertę , jako niezgodną z treścią Specyfikacji warunków zamówienia.
--	--	---

DYREKTOR
 Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 im. prof. Wacława Dąbrowskiego
 - Państwowego Instytutu Badawczego
prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel

Numer referencyjny postępowania:

DA.22.6.2021.ZM/ZF

Warszawa, dn. 15 kwietnia 2021 roku

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 im. prof. Wacława Dąbrowskiego, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

1. W części nr 1 - dostawa 3 zamrażarek głębokiego mrożenia:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto (w zł): Liczba punktów w kryterium cena (c) – waga kryterium 60	Termin dostawy: Liczba punktów w kryterium - waga kryterium 30	Okres gwarancji (G): Liczba punktów w kryterium - waga kryterium 10	Łączna liczba punktów
1	Argenta Sp. z o.o Sp. k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań	Oferta odrzucona			
2	Biosell Sławomir Opolski ul. Nowolipie 21/25, 01-002 Warszawa	54,54	28,00	10,00	92,54
3	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa	Oferta odrzucona			
4	Frost Tomasz Frankowski ul. Dobra 9, 05-092 Łomianki	Oferta odrzucona			
5	Sanlab J. Kaczorek, M. Bińczak Sp. J. ul. Andrychowska 7, 01-447 Warszawa	Oferta odrzucona			

2. W części nr 2 - dostawa wirówki laboratoryjnej:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto (w zł): Liczba punktów w kryterium cena (c) – waga kryterium 66	Termin dostawy: Liczba punktów w kryterium (T) - waga kryterium 40	Łączna liczba punktów
1	Argenta Sp. z o.o Sp. k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań	56,63	00,00	56,63
2	Kendrolab Sp. z o.o. ul. Ciesielska 18, 04-653 Warszawa	60,00	37,00	97,00

3. W części nr 3 - dostawa zestawu aparatów do elektroforezy poziomej z zasilaczem:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto (w zł): Liczba punktów w kryterium cena (c) – waga kryterium 60	Termin dostawy: Liczba punktów w kryterium (T) - waga kryterium 40	Łączna liczba punktów
1	Argenta Sp. z o.o Sp. k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań	60,00	38,00	98,00
2	Bio-Rad Polska Sp. z o.o ul. Przykopywa 33, 01-208 Warszawa	49,66	38,00	87,66

DYREKTOR

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 im. prof. Wacława Dąbrowskiego
 - Państwowego Instytutu Badawczego
prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel