



**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY**

*Nazwa postępowania: Dostawa mieszadła mechanicznego, kolumny chromatograficznej, ultratermostatu i analizatora biogazu w ramach projektu Preludium 16. (znak sprawy DA.22.7.2020.ZG)*

**I. Informacja o odrzuceniu oferty**

Zamawiający: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im prof. Waława Dąbrowskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 36, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zawiadamia, że w **Części I – Mieszadło mechaniczne**, odrzucił ofertę, złożoną przez:

**CHEMLAND – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe**

**Zbigniew Bartczak**

**ul. Usługowa 3**

**73-110 Stargard Szczeciński**

**UZASADNIENIE PRAWNE:**

Podstawa prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

**UZASADNIENIE FAKTYCZNE:**

W wyniku oceny ofert zamawiający uznał, iż oferta Wykonawcy CHEMLAND – Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Zbigniew Bartczak, 73-110 Stargard Szczeciński ul. Usługowa 3, w części I jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a co za tym idzie została odrzucona. Wykonawca w załączonym do oferty Opisie Przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy w części I w pkt. 10 Parametrów technicznych mieszadła mechanicznego, zaoferował pręt mieszający o nr. katalogowym 06-1890073. Zamawiający wymagał aby pręt mieszający ze stali nierdzewnej charakteryzował się następującymi parametrami: długość 350 mm, średnica 10 mm z



końcówką łopatkowa z min 6 otworami o wymiarach 70x70 mm. Zaoferowany pręt mieszający o nr. katalogowym 06-1890073 ma długość 40 cm, średnicę 6,8 mm oraz posiada końcówkę łopatkową z trzema otworami. Wobec czego Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) odrzuca ofertę w części I, jako niezgodną z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**DYREKTOR**

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

im. prof. Waława Dąbrowskiego

--//--

*prof. dr hab. inż. Artur Świergiel*