



**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Nazwa postępowania: Dostawa mieszadła mechanicznego, kolumny chromatograficznej, ultratermostatu i analizatora biogazu w ramach projektu Preludium 16. (znak sprawy DA.22.7.2020.ZG)

I. Informacja o odrzuceniu oferty

Zamawiający: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im prof. Waława Dąbrowskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 36, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zawiadamia, że w **Części I – Mieszadło mechaniczne**, odrzucił ofertę, złożoną przez:

DANLAB

Danuta Katryńska
ul. Handlowa 6A
15-399 Białystok

UZASADNIENIE PRAWNE:

Podstawa prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W wyniku oceny ofert zamawiający uznał, iż oferta Wykonawcy DANLAB Danuta Katryńska, 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6A, w części I jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a co za tym idzie została odrzucona. Zamawiający w związku z pytaniami złożonymi do przedmiotowego postępowania dnia 12 czerwca 2020 r. dokonał zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Opisie Przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy w części I polegającej na modyfikacji: w pkt. 1 Parametrów technicznych mieszadła mechanicznego doprecyzowując następujące parametry: zakres prędkości co najmniej 50-2000 rpm [rpm], w pkt. 2 Parametrów technicznych mieszadła mechanicznego doprecyzowując następujące parametry:



maksymalny moment obrotowy nie mniej niż 60 Ncm, w pkt. 3 Parametrów technicznych mieszadła mechanicznego doprecyzowując następujące parametry: maksymalna objętość mieszania min. 40 L, wydłużając termin składania ofert do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 10:00. Dnia 15 czerwca 2020 r. Zamawiający dokonał drugiej zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Opisie Przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy w części I polegającej na modyfikacji w pkt. 10 Parametrów technicznych mieszadła mechanicznego doprecyzowując następujące parametry: długość 350 mm, średnica 10 mm z końcówką łopatkowa z min 6 otworami o wymiarach 70x70 mm, jednocześnie wydłużając termin składania ofert do dnia 19 czerwca 2020 r. do godz. 10:00. Wykonawca złożył ofertę dnia 12 czerwca 2020 r. i zgodnie z Rozdziałem X Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i miał prawo do zmiany oraz wycofania oferty w celu jej zaktualizowania do terminu składania ofert, czego nie uczynił. Zamawiający dokonując wnikliwej analizy treści złożonej oferty w odniesieniu do zmodyfikowanego dnia 15 czerwca 2020 r. Opisu przedmiotu zamówienia stwierdził, iż oferta Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 10 Parametrów technicznych mieszadła mechanicznego, ponieważ Wykonawca zaoferował pręt mieszający ze stali nierdzewnej z końcówką łopatkową, natomiast Zamawiający wymagał pręt mieszający ze stali nierdzewnej o dł. 350 mm, średnicy 10 mm z końcówką łopatkową z min 6 otworami o wymiarach 70x70 mm. W zaistniałej sytuacji, bezzasadne jest wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1, wobec czego Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) odrzuca ofertę w części I, jako niezgodną z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

DYREKTOR

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

--/--

prof. dr hab. inż. Artur Świergiel