



Warszawa, dn.15 czerwca 2020 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawę mieszadła mechanicznego, kolumny chromatograficznej, ultratermostatu i analizatora biogazu w ramach projektu Preludium 16.**” (znak sprawy **DA.22.7.2020.ZG**)

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) uprzejmie informuję, że Zamawiający dokonuje zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę:

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ROZDZIAŁ IX.
Składanie ofert

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący sposób:

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36

Oferta w postępowaniu znak: DA.22.7.2020.ZG –**Dostawa mieszadła mechanicznego, kolumny chromatograficznej, ultratermostatu i analizatora biogazu w ramach projektu Preludium 16**

Nie otwierać przed **19.06.2020r. przed godz. 10:00.**

3. Ofertę należy przesać pocztą lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36 (pok. 134 sekretariat IBPRS), w terminie do dnia **19 czerwca 2020r. do godz. 10:00.**
4. Oferty przesłane faksem lub w inny niż w ww. sposób nie będą rozpatrywane.

ROZDZIAŁ XI.
Otwarcie ofert



1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu **19.06.2020r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36, w pok. CW17, Dział Administracyjno-Techniczny.
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, w szczególności dotyczące ceny.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
5. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

2. W Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do umowy:

BYŁO:

Część I. Mieszadło mechaniczne - 1 szt.

Producent			
Oferowany typ/model (p/n)			
Lp.	Wymagane parametry (minimum)	Wymagalność	Oferowane parametry - Wypełnia Wykonawca*
		Punktacja	
I	Parametry techniczne mieszadła mechanicznego		
1.	Zakres prędkości co najmniej 50 - 2000 rpm [rpm]	TAK	
2.	Maksymalny moment obrotowy: nie mniej niż 60 Ncm	TAK	
3.	Maksymalna objętość mieszania: min. 40L	TAK	
4.	Bezstopniowa regulacja prędkości	TAK	
5.	Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem	TAK	
6.	Cyfrowy wyświetlacz prędkości	TAK	
7.	Zasada działania silnika: bezszczotkowy	TAK	
8.	Zdolność do pracy ciągłej	TAK	
9.	Wyświetlacz prędkości obrotowej oraz wartości momentu obrotowego	TAK	

* Wykonawca jest zobowiązany określić **faktyczne parametry** oferowanego sprzętu. Zamawiający **nie dopuszcza** określenia parametrów w sposób nieprecyzyjny tzn.: co najmniej, nie mniej niż itp.



INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

10.	Pręt mieszający ze stali nierdzewnej z końcówką łopatkową	TAK	
II	Pozostałe		
1.	Instrukcja obsługi i dokumentacja użytkowa w języku polskim	TAK	
III	Warunki serwisu gwarancyjnego		
1.	Okres gwarancji min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru	TAK (podać: 24, 36, 48 lub 60 m-cy)	
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny świadczony będzie przez:	podać	
3.	Forma zgłoszeń: telefonicznie, e-mail	podać dane	
Oświadczam/oświadczamy, że oferowany powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)			
..... <i>Miejsce i data wystawienia</i>			

JEST:

Część I. Mieszadło mechaniczne - 1 szt.

Producent			
Oferowany typ/model (p/n)			
Lp.	Wymagane parametry (minimum)	Wymagalność	Oferowane parametry - Wypełnia Wykonawca*
		Punktacja	
I	Parametry techniczne mieszadła mechanicznego		
1.	Zakres prędkości co najmniej 50 - 2000 rpm [rpm]	TAK	

¹ Pożyczany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem.

* Wykonawca jest zobowiązany określić **faktyczne parametry** oferowanego sprzętu. Zamawiający **nie dopuszcza** określenia parametrów w sposób nieprecyzyjny tzn.: co najmniej, nie mniej niż itp.



2.	Maksymalny moment obrotowy: nie mniej niż 60 Ncm	TAK	
3.	Maksymalna objętość mieszania: min. 40L	TAK	
4.	Bezstopniowa regulacja prędkości	TAK	
5.	Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem	TAK	
6.	Cyfrowy wyświetlacz prędkości	TAK	
7.	Zasada działania silnika: bezszczotkowy	TAK	
8.	Zdolność do pracy ciągłej	TAK	
9.	Wyświetlacz prędkości obrotowej oraz wartości momentu obrotowego	TAK	
10.	Pręt mieszający ze stali nierdzewnej o dł. 350 mm, średnicy 10 mm z końcówką łopatkową z min 6 otworami o wymiarach 70x70 mm.	TAK	
II	Pozostałe		
1.	Instrukcja obsługi i dokumentacja użytkowa w języku polskim	TAK	
III	Warunki serwisu gwarancyjnego		
1.	Okres gwarancji min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru	TAK (podać: 24, 36, 48 lub 60 m-cy)	
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny świadczony będzie przez:	podać	
3.	Forma zgłoszeń: telefonicznie, e-mail	podać dane	
Oświadczam/oświadczamy, że oferowany powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)			
..... <i>Miejsce i data wystawienia</i>			

Zamawiający załącza do niniejszego pisma zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do umowy z obowiązkiem stosowania.

² Pożyczony czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem.



Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto informuję, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami, ulega zmianie treść ogłoszenia o zamówieniu, t.j.:

1. Termin składania ofert : **19.06.2020 r. godz. 10:00**

2. Termin otwarcia ofert: **19.06.2020 r. godz. 10:30**

DYREKTOR

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

--/--

prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel