



Numer referencyjny postępowania:

DA.22.8.2021.ZM

Warszawa, dn. 22 kwietnia 2021 roku

dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na
„Dostawę analizatora do obrazowania i analizy komórek oraz drobnoustrojów”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), Zamawiający informuje, iż unieważnił postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę *analizatora do obrazowania i analizy komórek oraz drobnoustrojów*.

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne

W postępowaniu na dostawę „analizatora do obrazowania i analizy komórek oraz drobnoustrojów”, ogłoszonego w BZP pod numerem: 2021/BZP 00032014/01 z dnia 2021-04-13, do składania ofert. tj. do dnia 21.04.2021 r. godz. 10:00, wpłynęła jedna oferta firmy ALAB Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stępińskiej 22/30 lok. 222 w Warszawie. W wyniku oceny ofert zamawiający uznał, iż oferta Wykonawcy ALAB Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stępińskiej 22/30 lok. 222 w Warszawie, jest niezgodna ze specyfikacją warunków zamówienia, a co za tym idzie została odrzucona. Zamawiający w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Projektowanych postanowień umowy w pkt. 4.1 Jednostka komputerowa stacjonarna typu All-in-one – 1 szt w wierszu pkt. 3-Procesor w kolumnie Minimalne wartości wymagane przez Zamawiającego wymagał, aby zaoferowany procesor uzyskał wydajność potwierdzoną oceną PassMark CPU Mark min.: 10770 punktów (wartość Average CPU Mark), zgodnie z tabelą rankingu testu High End CPU Chart dostępną na stronie <https://www.cpubenchmark.net/> z dnia 13.04.2021 r., pn.:

4.1 Jednostka komputerowa stacjonarna typu All-in-one – 1 szt.

L.p.	Nazwa parametru	Minimalne wartości wymagane przez Zamawiającego
A	B	C
1	Przekątna ekranu	min. 21 cali
2	Liczba procesorów	1
3	Procesor	Zaoferowany procesor musi uzyskiwać wydajność potwierdzoną oceną PassMark CPU Mark min.: 10770 punktów (wartość Average CPU Mark), zgodnie z tabelą rankingu testu High End CPU Chart dostępną na stronie https://www.cpubenchmark.net/ z dnia 13.04.2021 r. (Ocena zaproponowanego procesora musi znajdować się w tabeli wydajności procesorów podanej w Załączniku nr 1 do SOPZ, pobranej ze strony http://www.cpubenchmark.net).



Wykonawca zaoferował procesor Intel Core i-5-6500 CPU 3,20 GHz który uzyskał w teście Average CPU Mark wynik: 5,657 punktów, pn.:

2. Jednostka komputerowa typu All-in-one z oprogramowaniem:

L.p.	Przedmiot zamówienia	Wartości (podstawowe parametry techniczne) oferowane przez Wykonawcę (kolumnę wypełnia Wykonawca)
	kol. A	kol. B
1.	Jednostka komputerowa typu All-in-one z oprogramowaniem	Nazwa Producenta oferowanego Sprzętu: Dell Nazwa modelu oferowanego Sprzętu: OptiPlex 3240 AIO Oferowany model procesora: Intel Core i-5 – 6500 CPU 3,20 GHz Wynik testu Average CPU Mark: 5,657 Pamięć RAM: 8 [GB] 2400 MHz DDR4 Dysk o pojemności: 917 [GB] Rok produkcji oferowanego Sprzętu: 2020 <u>Oprogramowanie:</u> Nazwa systemu operacyjnego: Windows 10 <u>Sprzęt wskazujący:</u> Klawiatura (nazwa Producenta, model oferowanego sprzętu): Dell, KB216p Myszka (nazwa Producenta, model oferowanego sprzętu): Medion, AM105U

*Brak podania nazwy sprzętu, modelu sprzętu, nazwy systemu oprogramowania (tzw. etykiety) umożliwiającego identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) odrzuca ofertę , jako niezgodną z treścią Specyfikacji warunków zamówienia.

DYREKTOR

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego
- Państwowego Instytutu Badawczego
prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel
/dokument podpisany elektronicznie/